Vers un prototype de microscopie électronique de surface

école normale supérieure paris-saclay

Stage réalisé par Sébastien Lavielle et encadré par Daniel Comparat et Yan Picard

Laboratoire Aimé Cotton, équipe Matière Froide Corrélée
sebastien.lavielle@ens-paris-saclay.fr

Résumé

En sélectionnant des états Rydberg adéquats du Césium, il est possible de générer des faisceaux d'ions et d'électrons intenses, corrélés spatialement et presque monochromatiques. [1]

Après avoir démontré ce phénomène sur une manipulation de preuve de principe (Source d'Ions et d'Électrons Corrélés), on souhaite utiliser ces propriétés uniques pour développer une nouvelle méthode de microscopie et d'étude de surfaces : **HREELM** (High-Resolution Electron Energy Loss Microscopy).

À terme, le détecteur **TimePix 3** développé par le CERN sera implémenté pour mesurer les informations hyperspectrales (x,y,énergie) des électrons.[2]

Expériences

- Tous les électrons sont détectés, certains ions sont arrêtés par un masque.
- Corrélation ions/électrons : apparition du masque sur le tracé des électrons.

- Combinaison d'une méthode de microscopie et d'une méthode de spectroscopie.
- Mesure du temps de vol des électrons : informations sur l'énergie échangée avec la surface de l'échantillon.

Simulation

Simion 8.1 : simulation de trajectoires de particules dans des champs électromagnétiques

- Reconstruction d'une perturbation induisant une modification sur le parcours des électrons, à partir de leur déviation par rapport à la position initiale.

- 2 propriétés importantes pour l'imagerie HREELM : zoom et focalisation du rayon d'électrons.
- Optimisation des potentiels des lentilles électrostatiques pour obtenir les propriétés voulues.

Détecteur Timepix

- Prise en main du détecteur ainsi que de son module d'acquisition.
- Caractérisation thermique : nécessité de prévoir un système de refroidissement sous vide.

- Détection d'un pulse d'électrons généré dans une aiguille placée au dessus du détecteur.
- Logiciel d'acquisition : possibilité de mesurer plusieurs valeurs clés, en mode 'frame-based' ou 'event-based' (cf. tableau de données).

Excitation laser

- Possibilité de décalage en fréquence (modulateur acousto-optique) pour compenser l'effet Doppler.

- Asservissement analogique précis en longueur d'onde des lasers par absorption saturée.

Conclusions et perspectives

- Remise en marche de l'expérience SIEC, avec asservissement et décalage des lasers.
- Développement d'une simulation des trajectoires pour SIEC (reconstruction d'obstacles) et HREELM (focalisation et zoom pour imagerie et spectroscopie).
- À terme, l'implantation du Timepix sous vide permettra de proposer un prototype du système HREELM.

Principales références

- [1] R. Hahn *Ionisation of caesium Rydberg atoms for a mono-chromatic electron source for applications in electron microscopy and spectroscopy*, Thesis in General Physics, Université Paris-Saclay, 2021.
- [2] L. Glöggler et al, *High-resolution MCP-TimePix3 imaging/timing detector for antimatter physics*, Measurement Science and Technology, 2022.

- Spectre Americium (données CEA). Détecteur non calibré : valeurs arbitraires d'énergie.
- Carte des impacts : étude du temps de vol des particules.